

УТВЕРЖДАЮ  
И.О. Директор ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ»  
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Х.А. Дасибеков

**Протокол об итогах**

закупа способом запроса ценовых предложений

г.Талгар

«27» января 2021 г.

ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» на основании п.110 главы 10. Постановления Правительства РК от 30.10.2009 г.№1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» составили «Протокол итогов закупа», в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений (вскрытие конвертов 27 января 2021 г).

Сумма, выделенная на закуп: 2 580 000,00 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч тенге ноль тьин).

**1. Наименование и краткое описание товаров или фармацевтических услуг**

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. из м.	Кол	Цена	Сумма
1	Морозильник для хранения вакцины против коронавирусной инфекции	Корпус из нержавеющей стали. Материал внутреннего корпуса: хромоникелевая сталь. Материал полок: решетка с пластмассовым покрытием. Наружный корпус должен быть выполнен из цельного листа металла и не иметь зазоров. Наличие эффективной системы замораживания. Наличие технологии NoFrost., Диапазон температур: от -18 С до -26С Управление: электронное управление Климатический класс: 5 Уровень шума: не более 60дБ Полезный объем,общий: не менее 260 л Хладагент:R 290 Система охлаждения морозильной камеры:	шт	1	1 180 000,00	1 180 000,00


		<p>динамическая Размораживание морозильной камеры:автоматическое Наличие индекатора температуры снаружи,в цифровом виде Наличие сигнализации неисправности:оптическая и акустическая Наличие регулируемых ножек из нержавеющей стали Наличие интегрированного замка Сторона открывания двери: правая,перенавешиваемая Наличие регулируемых полок: не менее 4-х штук.Вертикальный Наличие встроенной эргономиченой ручки Габариты:не более 1800х700х830мм Вес ( без упаковки): не более 119,00 кг Напряжение 220-240 В Частота: 50Гц Потребляемый ток: не более 4,0 А Потребление энергии за 24 часа: не более 5,2 кВт-ч/24 ч</p>				
2	Термоконтейнеры для транспортировки вакцины против коронавируса	<p>Не пенопластовые , внутренняя отделка полиуретан, внешняя- полипропилен. С индексатором режима температуры. Объем -15 литров. Активный.</p>	шт	25	38 000,00	950 000,00
3	Термоконтейнеры для транспортировки вакцины против коронавируса	<p>Не пенопластовые , внутренняя отделка полиуретан, внешняя- полипропилен. С индексатором режима температуры. Объем - 40литров. Активный.</p>	шт	6	75 000,00	450 000,00
					<b>Итого:</b>	<b>2 580 000,00</b>

2. Дата и время представления ценового предложения: не представлены.


Организатор закупа запроса ценовых предложений, решил:

1. Согласно пункта 112, главы 10, При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.


Председатель

Орумбаев С.Д. 

Заместитель председателя

Байкадамов Д.Т. 

Член комиссии

Дюсюпова А.Е. 

Секретарь

Сыдыков К.Т. 