

Протокол об итогах
закупа способом запроса ценовых предложений

«25» апреля 2023 г.

г.Талгар

ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", являясь Организатором закупа и Заказчиком, на основании п.138 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила 375) составили «Протокол итогов закупа», в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений (вскрытие конвертов 24.04.2023 г).

1. Наименование и краткое описание товаров

№	Наименование	Техническое описание	Ед.изм.	Цена	Количество	Сумма
1	Ножка бедренная	Ножка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конеч дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фронтальной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрон, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13	шт	270 160	3	810 480
2	Головка бедренная	Головка: Материал: Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13	шт	74 685	2	149 370
3	Чашка ацетабулярная	Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полдосе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрон. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов; предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий	шт	135 482	3	406 446
4	Вкладыш	Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов	шт	91 157	2	182 314
5	Головка бедренная керамическая	Материал - Биокерамический материал на основе Al2O3ZrO2 Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина	шт	410 850	1	410 850

		посадки на конус: +0 мм				
6	Вкладыш	должен быть выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной износостойкости с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно, троскратно подвергаться воздействию гамма излучения в дозе не менее 3 Мрад (суммарная доза не менее 9 Мрад) и нагреванию до температуры в 130 градусов (ниже точки плавления!) для формирования большого количества поперечных связей и элиминации свободных радикалов. Плотность поперечных связей (кросс-линк) в полиэтилене должна быть не ниже 0.28 ± 0.03 моль/дм ³ . Концентрация свободных радикалов в полиэтилене должна быть не более $9 \pm 2 \times 10^{14}$ спинов/г-1. Вкладыш должен иметь 12 углублений по периферии для большей ротационной стабильности.	шт	127 050	1	127 050
7	Винт спонгиозный	Винт спонгиозный: Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.	шт	21 863	1	21 863

2 108 373

Сумма, выделенная на закуп: 2 108 373, 00 (два миллиона сто восемь тысяч триста семьдесят три тенге, ноль тьин).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком.

- Дата и время представления ценовых предложений:
- ТОО «Арех Со», 21.04.2023г., 10:15ч.
- Поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия ценовых предложений: нет.
- Руководствуясь Главой 10 Правил 375, Организатор закупа/Заказчик запроса ценовых предложений, решил

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящей Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

- Признать победителем по лоту №№1-7 - ТОО «Арех Со».

составе:	Комиссия в	Должность, Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии		Заместитель Директора по лечебной части - Жамеков Бахыт Шоканович	
Заместитель Председателя		Руководитель в сфере обращения ЛС и медицинских изделий - Тасполатова Айна Муқановна	
Член комиссии		Экономист – Смаилова Райхан Сатбасвна	
Секретарь комиссии		Юрист отдела государственных закупок - Абдилдаева Сандугаш Болатхановна	

