

Протокол об итогах
закупа способом из одного источника

г.Талгар

«12» сентября 2024 г.

ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", являясь Организатором закупа и Заказчиком, на основании Служебного письма Руководителя в сфере обращения ЛС и ИМН А.Тасполатовой, руководствуясь пп.4 п.83 Главы 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее – Правила) составили настоящий Протокол итогов закупа.

I. Наименование и краткое описание товаров

Табл.1

№	МНН	Форма выпуска, дозировка	ТН/Производитель, страна производителя	ед.изм	цена	Кол-во	Сумма
1	Винт блокирующий 2,7 х 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм.	Винт должен быть изготовлен из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3:2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие серого цвета. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, с резьбой по всей длине. Резьба должна быть мелкая кортикальная. Винт должен иметь режущие кромки (саморез). Самонарезающая резьба уменьшает время вкручивания винта. Головка винта должна быть коническая с наружной метрической резьбой, иметь гладкое расширение в конце шляпки. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Винт должен иметь шлиц типа Stardrive, что улучшает передачу крутящего момента.	Changzhou Waston Medical Appliance Co, Ltd, Китай	шт	3100	70	217 000
	итого						217 000,00




Сумма: 217 000,00 (двести семнадцать тысяч тенге, ноль тьпы) тенге.

Сроки и условия поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2024г.

Место поставки товара: г.Талгар, ул. Наурызбай Батыр 47.

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

№	Наименование поставщика	Дополнительное соглашение	Цена дополнительного соглашения, тенге	Соответствие условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 и 11 Правил
1	ТОО "Жаца-фарм Астана"	Дополнительное соглашение №1 к Типовому договору закупа (между заказчиком и поставщиком) №266 от 16.04.2024г.	217 000,00	соответствует

<i>Комиссия в составе:</i>	<i>Должность, Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>
<i>Председатель комиссии</i>	Заместитель Директора по медицинской части – Есеналиев Г.К.	
<i>Заместитель Председателя</i>	Руководитель в сфере обращения ЛС и МИ - Тасплатова А.М.	
<i>Член комиссии</i>	Офицер комплаенс – Матжанов Б.Э.	
<i>Секретарь комиссии</i>	Руководитель отдела государственных закупок - Абдилдаева С.Б.	